



Prot. N. 1086/D.A.

Cefalù, lì 26/02/2009

Spett.le _____

OGGETTO: Procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara per l'acquisto di n. 3 Defibrillatori/Monitor per le varie UU.OO. di questa Fondazione. Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto ed installazione di **n. 3 Defibrillatori/Monitor** da destinare alle UU.OO. di questa Fondazione "Istituto San Raffaele - G.Giglio di Cefalù", con le seguenti caratteristiche minime:

A) CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI E CLINICHE MINIME PER CIASCUN DEFIBRILLATORE/MONITOR

Unità Defibrillatore/monitor portatile multiparametrico, bifasico (compatta e leggera)
Modalità di defibrillazione sia manuale che semiautomatica
Controllo automatico dell'impedenza del paziente
Modalità di sincronismo
Allarmi sia visivi che acustici, così come previsto dalle normative vigenti
Piastre esterne con indicatore di contatto e sterilizzabili (adulto/pediatrici)
Filtro elettrobisturi per uso in sala operatoria
Modulo per la defibrillazione interna
Cardioversione sincronizzata
Display per la visualizzazione delle forme d'onda, di valori numerici e messaggi
Regolazione del volume segnalazione allarmi
Regolazione dell'ampiezza ECG
Stampante integrata
Modulo SpO₂ completo di cavo e sensore
Modulo alimentatore CA integrato
Modulo porta piastre integrato
Modulo porta batterie integrato (batteria inclusa)
n. 2 Cavi ECG a 3 elettrodi
Almeno n° 3 set di elettrodi ECG monouso
Almeno n° 3 rotoli di carta



B) ASSISTENZA TECNICA

1) Garanzia, non inferiore a due anni (specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica)
2) Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento
3) Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata
4) Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione
5) Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia
6) Almeno numero una verifica di sicurezza/anno secondo le normative vigenti (CEI 62.5 e norme particolari)
7) Almeno numero due manutenzioni preventive/anno (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) con eventuali controlli di qualità. N.B. Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano inclusi nella stessa.

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e la presenza o meno delle caratteristiche richieste.

Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta tecnica (allegato A), che dovrà essere inserita nella busta C – Documentazione tecnica.

Tutti gli interventi di manutenzione correttiva, preventiva e verifiche di sicurezza, durante il periodo di garanzia, sono totalmente a carico della ditta fornitrice, la quale dovrà fornire, durante tali attività, un'apparecchiatura con caratteristiche analoghe a quella in oggetto, al fine di non interrompere le attività clinico-sanitarie.

La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice.

Tutti i sistemi, oltre a possedere la marcatura CE, devono assolutamente rispondere in ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medico. (Allegare certificazioni nella Busta C – Documentazione tecnica).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata in favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso per l'intera fornitura, tra le offerte ritenute conformi, ed anche nel caso in cui vi sia un'unica offerta conforme alla richiesta.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una Commissione interna.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

Costo totale presunto: €. 19.000,00 + IVA 20%.



Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine delle ore 13,00, del giorno **20 Marzo 2009** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "**Offerta n. 3 Defibrillatori/Monitor**"; tale plico dovrà contenere tre buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta per l'intera fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio competente, con non fallenza e dichiarazione antimafia.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta "B" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa" nella quale dovranno essere inseriti:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento di identità, attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38/D.lgs. 163/06, nonché certificato aggiornato della C.C.I.A.A. con non fallenza e dicitura antimafia;
2. Certificato DURC di data non anteriore a mesi tre, in originale o copia conforme;
3. In forza del D.Lgs n. 81 del 09 aprile del 2008 il contratto di cui sopra, relativo a fornitura di beni da consegnare presso il Laboratorio di Ingegneria Clinica di questa Fondazione, ha un costo per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero. Il relativo **DUVRI** è stato pubblicato il 18/12/2008 sul nostro sito www.hsrgiglio.it alla sezione "Bandi e appalti"; **vogliate inserire nella busta "B" la presente nota firmata per presa visione.**
4. Voglia Codesta Ditta prendere visione del **codice etico** di questa Fondazione, pubblicato il 18/12/2008 sul nostro sito www.hsrgiglio.it alla sezione "Bandi e appalti", ed a conferma di accettazione e di impegno, **vogliate inserire nella busta "B" la presente nota firmata per accettazione.**
5. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/03, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Fondazione (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Vi preghiamo di prendere visione dell'informativa, pubblicata il 18/12/2008 sul nostro sito www.hsrgiglio.it alla sezione "Bandi e appalti"; **Vi preghiamo di inserire nella busta "B" l'informativa firmata per presa visione.**

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nella busta "B", pena esclusione.

Busta "C" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Tecnica" nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione dell'offerta tecnica, debitamente compilata, redatta secondo il modello esemplificativo di cui all'allegato (A);
- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi deplianti illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti;



**FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ**

- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;
- Manuale utente in italiano (sia in formato elettronico che cartaceo);
- Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk post-garanzia;
- Schemi di disposizione e di installazione delle apparecchiature con indicate tutte le informazioni tecniche (alimentazione, potenze, tipologia di connessione elettrica, ecc.) necessarie ad una corretta installazione;
- Schede tecniche di sterilizzazione di eventuali componenti/accessori che necessitano di sterilizzazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 gg dalla data di ricevimento dell'ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile delle apparecchiature non consegnate.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotta – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Antonio Luca Salemi (tel. 0921/920756).

Allegato:

A) Scheda di presentazione offerta tecnica;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa