



Prot. n. 1192/D.A.

Cefalù, lì 30/09/2011

**OGGETTO: Chiarimento su procedura aperta per l'appalto della fornitura di dispositivi per le varie UU.OO. della Fondazione.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di richieste da parte di ditte interessate alla partecipazione, si comunicano chiarimenti relativamente ai seguenti lotti:

- Lotto 7: La dicitura "...con foro centrale per broncoscopia coperto da tappo allacciato" è da ritenersi non vincolante ai fini della valutazione della funzionalità del dispositivo;
- Lotto 16: La confezione cui fa riferimento la base d'asta indicata è da 12,5 grammi;
- Lotto 19: Le piastre sono con cavo, bipartite ed il modello di elettrobisturi Valleylab è il FORCE TRIAD;
- Lotti 24 e 25: I tre strati si riferiscono ad un tessuto in triaccoppiato, con uno strato totalmente assorbente, un secondo strato intermedio impermeabile ed un terzo di rivestimento;
- Lotto 29: Le calze richieste sono antitrombo monocollant.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente dei Servizi Generali ed Acquisti  
Dott.ssa Leonarda Sausa