

**All'Ufficio Acquisti**  
*Dott. Ssa Angela Capuana*

**Oggetto:** Parere guida coronarica PTCA

In riferimento all'oggetto, dopo aver preso visione delle schede tecniche ricevute, della ditta “ABBOTT” esprimiamo parere negativo per non conformità alle specifiche tecniche richieste nel capitolato ( prot. C.M.A. n. 90 del 10/02/2021) in quanto deficitarie della tecnologia DUO CORE (controllo della punta della guida nei vasi di anatomia sfavorevole), del rivestimento idrofilico M-COAT (necessario per una precisa navigabilità in vasi tortuosi) ed inoltre l’assenza di una lega in nitinol sulla punta che garantisce la memoria di forma preconfezionata.

Cefalù, 31/03/2021

Dott. re Mariano Becchina

