



Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi/lavori di aggiornamento di un tomografo a risonanza magnetica GE, modello Signa HDxt. Richiesta preventivo, documentazioni e dichiarazioni. CIG 8642000401 CUP B88I17001000008. Verbale Incontro per valutazione tecnico/economica e rinegoziazione condizioni.

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di Marzo, alle ore 15:30 la Commissione di valutazione tecnico/economica nominata con prot. UP2021/1703U del 10/03/2021, composta dal Dott. Giuseppe Vicari (Presidente) e dall'Ing. Giuseppe Fatuzzo (Componenti) e dall'Ing. Giuseppe Franco (Componente), è collegata da remoto attraverso il portale Microsoft Team Meeting con i rappresentanti della ditta Ge Medical System Italia S.p.A., vale a dire l'Ing. Benedetto D'Iglio, Ing. Pierpaolo Buò, Ing. Armando Correale e l'Ing. Roberto Conca (telefonicamente), al fine di procedere alla rinegoziazione della proposta tecnico/economica n. 21.G.106.R.K/sa del 05/03/2021, trasmessa dalla ditta a seguito di trattativa diretta ID 365 sul portale gare telematiche della Fondazione, denominato "ospedalegiglio.acquistitelematici.it"

Sono presenti anche il Dott. Antonio Luca Salemi, RUP della Procedura e l'Ing. Daniele Varsalona, nella qualità di Tecnico a supporto della Commissione.

Dopo avere visionato la documentazione prodotta dalla ditta in sede di trattativa, la Commissione ritiene opportuno chiedere alla stessa un'ulteriore miglioria in termini economici e/o in termini tecnici, preso atto che la ditta afferma di essere impossibilitata a dilazionare in 60 mesi il pagamento in caso di affidamento, in rate trimestrali anticipate.

La Commissione propone, ad esempio, una garanzia full risk a 36 mesi anziché 24 mesi come in proposta.

I presenti concordano che entro la fine della prossima settimana la ditta provvederà a trasmettere una proposta in tal senso.

L'Ing. Armando Correale, quindi, espone gli aggiornamenti tecnologici proposti in termini di miglioramento delle prestazioni assistenziali e cliniche/qualità delle immagini.

Dal punto di vista tecnico impiantistico prende la parola l'Ing. Giuseppe Franco. Si rileva che la ditta non ha riscontrato in fase di negoziata le richieste relativamente a:

1. progetto definitivo a firma di progettista abilitato, correlato di elaborati tecnico-impiantistici;
2. Identificativo del Coordinatore della sicurezza;
3. Identificativo del Direttore tecnico di cantiere;
4. POS relativo alle singole lavorazioni da eseguire;
5. Certificazioni relative all'adeguamento elettrico ed impiantistico previste dalla normativa di settore, da produrre a completamento dell'opera omni comprensivo di collaudi.

La ditta ha prodotto nota in fase di negoziazione nella quale dichiara che ottempererà a quanto richiesto in fase "post-ordine".

L'Ing. Franco rileva che alcune delle suddette informazioni sono essenziali per poter comprendere pienamente il progetto dal punto di vista impiantistico/elettrico/ecc... Si attende dalla ditta il progetto definitivo. La Commissione desidera anche conoscere come intende affrontare l'aspetto manutentivo degli impianti e, nello specifico, cosa è incluso nel dettaglio nella garanzia a 24 mesi sugli impianti.

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.

Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Vicari

Il Componente
Ing. Giuseppe Fatuzzo

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Componente
Ing. Giuseppe Franco

Il Supporto Tecnico
Ing. Daniele Varsalona