



## FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

---

**Oggetto:** Gara aperta per la fornitura e realizzazione di un sistema di monitoraggio multiparametrico, continuo ed integrato nei Reparti/Servizi ad elevata intensità/continuità di cure e relativi servizi di assistenza tecnica full risk - N. Gara 8112371.

### Chiarimenti

#### Quesito

Capitolato tecnico-clinico, art 7 punto 6 – Aggiornamento tecnologico

Si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

#### Risposta

Si considerano inclusi tutti gli aggiornamenti di natura sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Si considerano, altresì inclusi, eventuali aggiornamenti software destinati dal produttore a ottimizzare migliorare il sistema offerto nell'ambito delle funzionalità del prodotto fornito (a titolo di esempio non esaustivo: nuove release software)

Cefalù 29/04/2021

Il RUP  
D.ssa Angela Capuana