



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Chiarimenti del 14/05/2021

Domanda

In relazione al LOTTO 5 si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Se è accettabile obiettivo 5x anziché 4x 2) Se è accettabile obiettivo 63x anziché 60x 3) Se il ponte da discussione debba essere ad osservatori affiancati o contrapposti.

Risposta

Punto 1: Sono accettate entrambe le soluzioni, 4x o in alternativa 5x

Punto 2: Sono accettate entrambe le soluzioni, 60x o in alternativa 63x

Punto 3: Ponte da discussione con osservatori affiancati.

N.B. Qualora questa soluzione tecnologica non fosse praticabile da alcuni operatori economici interessati a presentare offerta, ci si riserva, previa valutazione delle motivazioni tecniche prodotte dall'operatore economico, di prendere in considerazione altre soluzioni proposte.

Cefalù, 14/05/2021

Il RUP
D.ssa Angela Capuana