



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UA2021/301U

Cefalù 14/07/2021

INDAGINE PRELIMINARE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI MERCATO PER LA FORNITURA DI OTTICHE LAPAROSCOPICHE CON GARANZIA DI 24 MESI

Art. 1

Oggetto dell'Avviso

Con il presente Avviso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, senza alcun impegno, ai fini della preparazione dell'appalto, intende effettuare un'indagine preliminare di mercato, ex art. 66 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., avente come obiettivo l'acquisizione dei prezzi di mercato praticati in riferimento alla fornitura in oggetto, al fine di determinare correttamente l'importo a base d'asta per l'indizione di una eventuale procedura di gara mediante piattaforma ME.PA di Consip, al bando di riferimento "Beni specifici per la sanità".

Pertanto gli operatori economici sono invitati ad indicare il prezzo di mercato per ogni tipologia di ottica richiesta, così come meglio dettagliata nell'ipotesi di capitolato allegato al presente avviso e che di seguito si sintetizza:

- Ottica laparoscopica rigida 5 mm (diametro) 300 mm circa (lunghezza), visione obliqua 30° (angolo di visione) immagini con risoluzione 4K
- Ottica laparoscopica rigida 10 mm (diametro) 300 mm circa (lunghezza), visione obliqua 30° (angolo di visione) immagini con risoluzione 4K
- Cavo luce a fibre ottiche compatibili con risoluzione 4K
- Contenitori per il trasporto e la sterilizzazione di ottiche laparoscopiche.

La fornitura dovrà essere comprensiva di garanzia minima di 24 mesi.

Art. 2

Presentazione indagine di mercato


Gli Operatori Economici sono invitati a rispondere al presente avviso mediante pec al seguente indirizzo: ufficio.acquisti@pec.hsrgiglio.it entro giorno **22/07/2021**. Nell'oggetto della pec deve essere riportato la seguente dicitura: "INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI OTTICHE LAPAROSCOPICHE CON GARANZIA DI 24 MESI. Il testo della pec dovrà contenere, la ragione sociale dell'Operatore Economico e i singoli prezzi di mercato delle ottiche richieste.

Alla presente indagine preliminare di mercato possono rispondere gli OE che non rientrino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e, che abbiano, l'idoneità professionale così come definita dall'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Per ogni necessario chiarimento rimane a disposizione il RUP, D.ssa Angela Capuana, ai seguenti contatti: email: angela.capuana@hsrgiglio.it – tel: 0921/920755.

IL RUP

Dott.ssa Angela Capuana



Prot. N° 2021/21

Centrale di Sterilizzazione

Capitolato tecnico Ottiche Laparoscopiche

N° 4 ottiche laparoscopiche rigide 5mm (diametro) 300 mm circa (lunghezza), visione obliqua 30° (angolo di visione) immagini con risoluzione 4K, di seguito meglio descritte.

N. 2 ottiche laparoscopiche rigide 10 mm (diametro) 300 mm (lunghezza), visione obliqua 30° (angolo di visione) immagini con risoluzione 4K di seguito meglio descritte.

N° 3 Cavi luce a fibre ottiche compatibili con risoluzione 4K di seguito meglio descritti.

N° 3 contenitori per il trasporto e la sterilizzazione di ottiche laparoscopiche di seguito meglio descritti.

Descrizione tecnica delle ottiche laparoscopiche rigide da 5mm e da 10mm con risoluzione 4K:

- Sistema ottico in acciaio AISI 303/304, fibre ottiche incorporate, visione obliqua a 30°, campo visivo grandangolare, sistema ottico a lenti cilindriche, lenti di protezione distale e prossimale in vetro di zaffiro antigraffio, Lunghezza operativa 300 mm circa, connessione con cavi a fibre ottiche attacco universale .

Descrizione tecnica dei cavi luce a fibre ottiche per laparoscopiche rigide 4K:

- Sistema a fibre ottiche per la trasmissione della luce, attacco retto universale, chiusura di sicurezza, Ø 4.8mm, lunghezza 250cm .

Descrizione tecnica contenitori per il trasporto e la sterilizzazione di sistemi ottici.

- Cestello perforato per la detersione, sterilizzazione e conservazione dei sistemi ottici, dotato di sistemi di ritenzione e protezione del contenuto. Le dimensioni debbono essere tali da poter contenere un'ottica del diametro di 10 o 5 mm e della lunghezza operativa almeno di 300mm.

Tutti i DM del presente capitolato devono essere compatibili con la Sterilizzazione in autoclave a vapore saturo con cicli 121° e/o 134° in alternativa Sterilizzabili a gas plasma di perossido d'idrogeno.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati.

Tutti i beni dovranno essere installati a regola d'arte secondo le norme di buona tecnica a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal Committente nel presente Capitolato.

La consegna dello strumentario aggiudicato dovrà avvenire, pena recesso del contratto, entro 30 giorni dall'ordine/contratto e deve essere coperto da garanzia minima di 24 mesi dalla data di

consegna e in tale durata in caso di difetti di fabbricazione o di materiali deve essere sostituito gratuitamente entro 15 giorni.

Nella documentazione tecnica si dovrà chiaramente evincere il numero di Repertorio e classificazione del dispositivo medico offerto in gara.

La valutazione delle offerte avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, con valutazione della campionatura e scheda tecnica del DM.

Cordiali saluti
Cefalù li 29/06/2021

Coordinatore Inf.co
Dott. Sergio Emmanuele

