



Cefalù, 16 Maggio 2022

RELAZIONE TECNICA

Si fa gentile richiesta di 6 espansori Polytech in conto visione (ne verranno utilizzati 2/3) effettuata per 3 pazienti che verranno operate nei mesi di Maggio/Giugno 2022 e che necessitano le seguenti particolari caratteristiche.

- Distribuzione delle testurizzazione uniforme a 360° su tutta la superficie dell'impianto, compresa la valvola ed i patch, al fine di un migliore fissaggio dell'impianto e definizione del solco sottomammario.
- Dimensione della valvola atta al minimo impatto sul lembo si mastectomia.
- La particolare morbidezza dell'impianto permette una migliore maneggevolezza e favorisce l'introduzione nella tasca sottomuscolare anche attraverso incisioni "minori".
- Il corretto orientamento dell'impianto è facilitato anche dall'evidente linea di reperi longitudinale sulla parete anteriore.
- La parete posteriore rinforzata e la forma anatomica favoriscono l'espansione antero-inferiore dell'impianto, quindi del polo inferiore della mammella.
- Nessun limite temporale alla permanenza in situ dell'impianto (in questo modo possono essere gestite le liste d'attesa posticipando i secondi tempi e favorendo i nuovi casi di tumore).

Per queste caratteristiche peculiari gli espansori sono unici per queste pazienti.

Cod 40637-200 n.2

Cod 40637-300 n. 2

Cod 40637-400 n.2

Cordiali saluti

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Responsabile U.O.S. Chirurgia Senologica
Dott. Roberto Gennari
Specialista in Chirurgia Generale ed Oncologica
Cod. ENPAM 300166911J
Sigla prov. MI Num. Iscr. 37552