

Lotto 1: SISTEMA PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN DUE FASI

- Conforme ditta Polytech
- Non conforme ditta Mentor che non risulta in possesso delle caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico: " a) La testurizzazione dovrà essere uniforme e presente su tutta la superficie dell'impianto.
b) Valvola di reperimento magnetico integrata nel profilo dell'impianto".

Lotto 2: PROTESI MAMMARIA ANATOMICA A VOLUME FISSO

- Conforme ditta Polytech.
- Non conforme ditta Mentor che non risulta in possesso delle caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico: "Disponibilità di misure e forme (almeno 3 altezze e 4 proiezioni)"

Lotto 3: PROTESI MAMMARIE ROTONDE

- Conforme ditta Polytech e ditta Mentor.
- Non conforme ditta Silimed che non ha fornito capacità tecnico professionale richiesta per la partecipazione nell'ultimo triennio

Lotto 4: PROTESI MAMMARIE IN POLIURETANO

- Ditta conforme Polytech
- Non conforme ditta Silimed che non ha fornito capacità tecnico professionale richiesta per la partecipazione nell'ultimo triennio

Lotto 5: PROTESI ANATOMICHE "LEGGERE" RIVESTITE IN POLIURETANO

- Ditta conforme Polytech

Lotto 7: SISTEMA PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN UN'UNICA FASE CON PATCH BIOLOGICI

- Ditta conforme Decomed

Lotto 8: MATRICE BIOLOGICA DI ORIGINE ETEROLOGA CERTIFICATA, IN GRADO DI PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE TISSUTALE, PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA PREPETTORALE

- Ditta conforme Decomed

Lotto 9: DISPOSITIVO PER RACCOLTA, TRATTAMENTO ED INNESTO DEL GRASSO

-Ditta conforme Polytech

Cefalù, 30 Maggio 2023



Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Responsabile U.O.S. Chirurgia Senologica
Dott. Roberto Gennari
Specialista in Chirurgia Generale ed Oncologica
Cod. ENPAM 300169113
Sigla prov. MI Num. Iscr. 37552