


"ACCESSATO 1"

Offerte per la gara Dispositivi vari per l'U.O. di Urologia

Offerte per la gara RDO n° 1298525

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	pr
1	B.BRAUN	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2, Lotto 7, Lotto 18, Lotto 19	01/016:00
2	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 17, Lotto 21	30/012:00
3	COLMA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 21, Lotto 23, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 27	31/014:00
4	COLOPLAST	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 9, Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 15, Lotto 17, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 23, Lotto 24, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 27	07/014:00
5	COOK ITALIA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 7, Lotto 15, Lotto 17, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 23, Lotto 25	05/012:00
6	CORIOS S.C.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 5, Lotto 14, Lotto 23, Lotto 24, Lotto 26, Lotto 27	07/016:00
7	EMANUELE FIORE MANCINI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 7, Lotto 17, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 23, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 27	08/020:00
8	HOLLISTER	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 19	01/015:00
9	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 20, Lotto 21, Lotto 23, Lotto 26	01/014:00
10	TELEFLEX MEDICAL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 9, Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14, Lotto 17, Lotto 21, Lotto 23, Lotto 24, Lotto 26, Lotto 27	08/017:00

INDIETRO



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. N. _____

Protocollo Servizio di Farmacia
18 NOV 2016
Prot. N° <u>847</u> /S.F.

A Servizio di Farmacia

Dott.ssa Maria Ruscica

Dott. Carmelo Di Giorgio


Cefalù, lì 17/11/2016

OGGETTO: Parere di valutazione tecnica e di conformità 27 Lotti di gara Prot. n. UA2016/925U RDO N.1298525

In riferimento alla procedura per l'appalto in oggetto, viste le schede tecniche dei prodotti ed effettuata una prima valutazione dei requisiti tecnici dei beni presentati per la valutazione della conformità all'utilizzo clinico e la compatibilità rispetto al capitolato tecnico richiesto, si esprime il seguente parere:

DITTA: BOSTON SCIENTIFIC SPA	
LOTTO	2
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida teflonato in acciaio inox rivestito in PTFE</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	3
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida con guaina in PTFE anima in nitinol</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	4
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta angola e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	5
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta dritta e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	17
PRODOTTO VALUTATO	<i>Set dilatatori ureterali</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	21
PRODOTTO VALUTATO	<i>Cestello per estrazione calcoli 4 fili piatti</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME

DITTA: COLMA SRL	
LOTTO	3
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida con guaina in PTFE anima in nitinol</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	4
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta angola e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	5
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta dritta e flessibile</i>




FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	21
PRODOTTO VALUTATO	<i>Cestello per estrazione calcoli 4 fili piatti</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	AMPIEZZA BASKET INFERIORE A 18 MM
LOTTO	23
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale doppio J lunga permanenza idrofilo</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	RIVESTIMENTO IDROFILICO E LINEA LONGITUDINALE NON PRESENTE
LOTTO	25
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale doppio J lunga permanenza in poliuretano</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	26
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale mono J punta aperta/chiusa</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	LUNGHEZZA CAMPIONE INFERIORE A 80 CM
LOTTO	27
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale mono J punta aperta/aperta</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	LUNGHEZZA CAMPIONE INFERIORE A 80 CM


DITTA: HOLLISTER SPA	
LOTTO	19
PRODOTTO VALUTATO	<i>Dispositivo sterile autoportante trasparente per l'apparecchiatura postoperatoria</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME

DITTA: B. BRAUN	
LOTTO	2
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida teflonato in acciaio inox rivestito in PTFE</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	7
PRODOTTO VALUTATO	<i>Ago in acciaio inox per punzione renale</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	DIAMETRO AGO INFERIORE A 18 G
LOTTO	18
PRODOTTO VALUTATO	<i>Sacca di drenaggio a caduta autoportante per ferite chirurgiche</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	19
PRODOTTO VALUTATO	<i>Dispositivo sterile autoportante trasparente per l'apparecchiatura postoperatoria</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	RITAGLIABILITA' INFERIORE A 100 MM



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ


DITTA: E. FIORE MANCINI	
LOTTO	1
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida in acciaio inox tipo lunderquist</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	2
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida teflonato in acciaio inox rivestito in PTFE</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	3
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida con guaina in PTFE anima in nitinol</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	4
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta angola e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	5
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta dritta e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	7
PRODOTTO VALUTATO	<i>Ago in acciaio inox per punzione renale</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	17
PRODOTTO VALUTATO	<i>Set dilatatori ureterali</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	20
PRODOTTO VALUTATO	<i>Cestello per estrazione calcoli 3x2 fili piatti</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	21
PRODOTTO VALUTATO	<i>Cestello per estrazione calcoli 4 fili piatti</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	23
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale doppio J lunga permanenza idrofilo</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	26
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale mono J punta aperta/chiusa</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	27
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale mono J punta aperta/aperta</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

DITTA: OLYMPUS ITALIA SRL	
LOTTO	3
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida con guaina in PTFE anima in nitinol</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	4
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta angola e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	5
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta dritta e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	20
PRODOTTO VALUTATO	<i>Cestello per estrazione calcoli 3x2 fili piatti</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	21
PRODOTTO VALUTATO	<i>Cestello per estrazione calcoli 4 fili piatti</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	23
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale doppio J lunga permanenza idrofilo</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	26
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale mono J punta aperta/chiusa</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	NON SONO DISPONIBILI LE MISURE CH 6


DITTA: TELEFLEX MEDICAL	
LOTTO	1
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida in acciaio inox tipo lunderquist</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	4
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta angola e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	5
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta dritta e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	9
PRODOTTO VALUTATO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta cilindrica 1 foro</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	10
PRODOTTO VALUTATO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta cilindrica 2 fori</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	11
PRODOTTO VALUTATO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta aperta</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	12
PRODOTTO VALUTATO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta olivare</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

LOTTO	13
PRODOTTO VALUTATO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta curva aperta</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	14
PRODOTTO VALUTATO	<i>Catetere ureterale in pvc punta aperta Chevassu</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	17
PRODOTTO VALUTATO	<i>Set dilatatori ureterali</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	21
PRODOTTO VALUTATO	<i>Cestello per estrazione calcoli 4 fili piatti</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	23
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale doppio J lunga permanenza idrofilo</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	24
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale doppio J media permanenza</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	26
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale mono J punta aperta/chiusa</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	27
PRODOTTO VALUTATO	<i>Stent ureterale mono J punta aperta/aperta</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME


DITTA: COOK ITALIA SRL	
LOTTO	2
PRODOTTO VALUTATO	<i>Filo guida teflonato in acciaio inox rivestito in PTFE</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	4
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta angola e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	5
PRODOTTO VALUTATO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta dritta e flessibile</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	7
PRODOTTO VALUTATO	<i>Ago in acciaio inox per punzione renale</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	LUNGHEZZA AGO DI DIMENSIONI SUPERIORI A QUANTO RICHIESTO
LOTTO	15
PRODOTTO VALUTATO	<i>Dilatatore ureterale a palloncino diametro 5 fr</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	17
PRODOTTO VALUTATO	<i>Set dilatatori ureterali</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	20
PRODOTTO VALUTATO	<i>Cestello per estrazione calcoli 3x2 fili piatti</i>
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

LOTTO	
PRODOTTO VALUTATO	21
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Cestello per estrazione calcoli 4 fili piatti</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	23
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Stent ureterale doppio J lunga permanenza idrofilo</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	25
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Stent ureterale doppio J lunga permanenza in poliuretano</i>
	CONFORME

DITTA: COLOPLAST	
LOTTO	
PRODOTTO VALUTATO	1
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Filo guida in acciaio inox tipo lunderquist</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	2
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Filo guida teflonato in acciaio inox rivestito in PTFE</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	4
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta angola e flessibile</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	5
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta dritta e flessibile</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	6
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Guida idrofila standard in Nichel titanio punta preformabile e flessibile</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	7
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Ago in acciaio inox per punzione renale</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	9
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta cilindrica 1 foro</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	10
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta cilindrica 2 fori</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	11
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta aperta</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	12
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta olivare</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	13
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Catetere ureterale in pvc giallo punta curva aperta</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	14
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Catetere ureterale in pvc punta aperta Chevassu</i>
LOTTO	CONFORME
PRODOTTO VALUTATO	15
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<i>Dilatatore ureterale a palloncino diametro 5 fr</i>



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

 CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	17
PRODOTTO VALUTATO	Set dilatatori ureterali
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	NON CONFORME
VALUTAZIONE CONFORMITA'	REQUISITI TECNICI RICHIESTI NON SODDISFATTI
NOTE	LUNGHEZZE E DIAMETRO INFERIORI A QUANTO RICHIESTO
LOTTO	20
PRODOTTO VALUTATO	Cestello per estrazione calcoli 3x2 fili piatti
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	21
PRODOTTO VALUTATO	Cestello per estrazione calcoli 4 fili piatti
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	23
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale doppio J lunga permanenza idrofilo
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	24
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale doppio J media permanenza
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	25
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale doppio J lunga permanenza in poliuretano
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	26
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale mono J punta aperta/chiusa
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	27
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale mono J punta aperta/aperta
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME

DITTA: CORIOS S.C.	
LOTTO	5
PRODOTTO VALUTATO	Guida idrofila standard in Nichel titanio punta dritta e flessibile
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	14
PRODOTTO VALUTATO	Catetere ureterale in pvc punta aperta Chevassu
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	23
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale doppio J lunga permanenza idrofilo
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	24
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale doppio J media permanenza
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	26
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale mono J punta aperta/chiusa
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME
LOTTO	27
PRODOTTO VALUTATO	Stent ureterale mono J punta aperta/aperta
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	CONFORME

Oggetto: Re: I: Fwd: Fwd: R: Trasmissione verbale tecnico di gara - 1298525 - Dispositivi vari per l'U.O. di Urologia
Mittente: "salvatore.biancorosso" <salvatore.biancorosso@hsrgiglio.it>
Data: 25/11/2016 12.29
A: carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it
CC: salvatore.passafiume@hsrgiglio.it, stefania.bondi@hsrgiglio.it, maria.ruscica@hsrgiglio.it

con la presente vista la scheda tecnica in allegato per il lotto 7 ditta B. Braun, si dichiara la conformità.

Cordialità
Dr Salvatore Biancorosso

Da : "carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it" carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it
A : "Biancorosso Salvatore" salvatore.biancorosso@hsrgiglio.it, "Passafiume Salvatore" salvatore.passafiume@hsrgiglio.it
Co : "Bondi Stefania" stefania.bondi@hsrgiglio.it, "Ruscica Maria" maria.ruscica@hsrgiglio.it
Data : Fri, 25 Nov 2016 10:01:46 +0100
Oggetto : I: Fwd: Fwd: R: Trasmissione verbale tecnico di gara - 1298525 - Dispositivi vari per l'U.O. di Urologia

Si sollecita con la presente la risposta alla ditta.
Cordiali saluti
Dott. Carmelo Di Giorgio

Da : "Stefania Bondi" stefania.bondi@hsrgiglio.it
A : "FARMACIA HSR" farmacia@hsrgiglio.it, "Maria Dott. Ruscica" maria.ruscica@hsrgiglio.it, "carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it" carmelo.digiorgio@hsrgiglio.it
Co : salvatore.biancorosso@hsrgiglio.it, "Salvatore Passafiume" salvatore.passafiume@hsrgiglio.it
Data : Thu, 24 Nov 2016 11:01:59 +0100
Oggetto : Fwd: Fwd: R: Trasmissione verbale tecnico di gara - 1298525 - Dispositivi vari per l'U.O. di Urologia

Con la presente si trasmette la comunicazione della Ditta B.Braun relativamente alla non conformità espressa per il lotto 7.

Si attende Vostro riscontro urgente, in quanto domani 25/11 alle ore 10:30 procederemo con l'apertura delle offerte economiche sul portale ME.PA.

Cordialmente

UFFICIO ACQUISTI

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: Fwd: R: Trasmissione verbale tecnico di gara - 1298525 - Dispositivi vari per l'U.O. di Urologia
Data: Thu, 24 Nov 2016 09:58:24 +0100
Mittente: Angela Dott. Capuana <angela.capuana@hsrgiglio.it>
A: stefania.bondi@hsrgiglio.it

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: R: Trasmissione verbale tecnico di gara - 1298525 - Dispositivi vari per l'U.O. di Urologia
Data: Thu, 24 Nov 2016 09:19:47 +0100

Mittente: comunicazioni@acquistinretepa.it
Rispondi-a: comunicazioni@acquistinretepa.it
A: ANGELA.CAPUANA@HSRGIGLIO.IT

DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO

Oggetto	R: Trasmissione verbale tecnico di gara - 1298525 - Dispositivi vari per l'U.O. di Urologia
Id iniziativa	1298525
Nome Iniziativa	Dispositivi vari per l'U.O. di Urologia
Mittente	B.BRAUN
Testo	Buongiorno, in riferimento alla Vs. comunicazione Vi allegiamo ns. comunicazione. Cordiali saluti