



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2017/332 del 03.04.2017

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica su apparecchi marca Comecer in noleggio da Laboratorio di Tecnologie Oncologiche HSR-Giglio S.c.a.r.l. Procedura ex art. 63, comma 2, lettera b.2) del D.Lgs 50/2016.

SETTORE PROPONENTE:

Servizio Acquisti

Istruttore del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi

Dirigente del Servizio Acquisti
Dott.ssa Leonarda Sausa

31/03/17

COPIA PER:

- SETTORE PERSONALE (U.P.);
- SETTORE CONTABILITÀ BILANCIO E PATRIMONIO (C.B);
- AFFARI GENERALI E LEGALI (A.G.);

VISTA LA PROPOSTA

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio
conferma

la disponibilità nel bilancio per l'anno 2017

Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Il Responsabile del S.A.C.B.
Carmela Durante

In data 03.04.2017 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio

Con la presenza del

Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

ha autorizzato il seguente provvedimento

PROPOSTA

Il Dirigente del Servizio Acquisti D.ssa Leonarda Sausa

PREMESSO:

- che con prot. UP2017/2379U del 17/03/2017 è stato sottoscritto contratto di noleggio degli impianti e apparecchiature tra LATO e Fondazione, come da provvedimento Dir. Strat. 2017/106 del 14/02/2017;
- che in forza del suddetto accordo la Fondazione si impegna a farsi carico della manutenzione ordinaria e dei relativi costi;
- che le strumentazioni e le attrezzature sono state utilizzate in forza di rapporti convenzionali fin dall'anno 2008 ed oggi, in forza di rapporti pregressi, nei locali della Fondazione, risultano installate ed utilizzate le apparecchiature inerenti la Medicina Nucleare, Risonanza Magnetica ed Anatomia Patologica;
- che in data 15/03/2017 è pervenuta al Servizio Acquisti una e-mail da parte del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica della Fondazione con la quale veniva trasmessa una nota del Responsabile delle apparecchiature, sicurezza ed assicurazione della qualità della Medicina Nucleare della Fondazione, nella quale lo stesso chiede con urgenza il controllo straordinario o la manutenzione programmata delle seguenti apparecchiature marca Comecer S.p.A.: Eliza (V3916-38DIM), Althea (mart.V3916-38268 + 39170), e sistema di smaltimento ISP (V3916-64A2I);
- che la suddetta nota del Responsabile delle apparecchiature, sicurezza ed assicurazione della qualità della Medicina Nucleare della Fondazione riporta autorizzazione del Direttore Sanitario della Fondazione;
- che in data 20/03/2017 il Dott. Salemi, RUP del contratto di noleggio tra Fondazione e LATO (prot. UP2017/2379U del 17/03/2017), ha inoltrato e-mail alla ditta Comecer S.p.A. nella quale richiede un preventivo di spesa per assistenza tecnica delle suddette apparecchiature, a valere dal 01/04/2017 e fino al 31/12/2017, specificando anche le condizioni di svolgimento del servizio, già comunicate al Servizio Acquisti dal Responsabile del Servizio Ingegneria con e-mail del 15/03/2017;
- che in data 29/03/2017, il Sales Manager della ditta Comecer S.p.A., dott. Caserta, ha trasmesso e-mail con allegato il preventivo di spesa richiesto, proposta di contratto n. 1502139 rev.2, per un totale complessivo per le tre apparecchiature pari ad €. 23.575,00 oltre IVA;
- che nella suddetta e-mail il Sales Manager della ditta Comecer S.p.A. dichiara di includere nella proposta di contratto anche la fornitura del computer della cella Althea, la sostituzione sali/scendi calibrazione Eliza, la verifica di perdite gruppo Festo aria Althea e sostituzione filtri, nonché manutenzione preventiva su Althea, Eliza e ISP;
- che sia il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica che il Responsabile delle apparecchiature, sicurezza ed assicurazione della qualità della Medicina Nucleare della Fondazione hanno confermato la congruità tecnico-economica della suddetta proposta di contratto n. 1502139 rev.2 della ditta Comecer S.p.A.

CONSIDERATO:

- che, stante la particolare tecnologia implementata della strumentazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica dichiara che la ditta di assistenza tecnica debba avere i seguenti requisiti:

-Garantire un continuo, aggiornato e specifico training ai tecnici esecutori;

-Possedere l'esperienza tecnica per la manutenzione della specifica apparecchiatura elettromedicale/ sistema;

-Possedere e applicare le necessarie procedure per la manutenzione preventiva e correttiva raccomandate ed indicate dal produttore;

-Utilizzare parti di ricambio originali e/o autorizzate dal produttore;

-Garantire, in ottemperanza alle indicazioni del produttore, l'implementazione di eventuali aggiornamenti delle apparecchiature;

-Garantire una organizzazione tecnica in grado di dialogare con i reparti di engineering e produzione al fine di risolvere problemi di particolare complessità;

-Possedere tutti gli strumenti software e hardware, necessari per la diagnosi tecnica delle apparecchiature e la necessaria manutenzione;

-Ricorso esclusivo a personale Adeguatamente formato ed autorizzato dalla casa produttrice o suo mandatario/delegato

- che, stante il parere tecnico-economico positivo del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, la Comecer S.p.A. possiede tutti i requisiti necessari e, come affermato dalla stessa ditta Comecer S.p.A., la stessa è produttrice esclusiva delle apparecchiature in possesso della Fondazione ed è l'unica ditta esclusiva autorizzata alla manutenzione ed assistenza tecnica delle stesse con tecnici qualificati e formati in azienda, nonché l'unica autorizzata alla fornitura di ricambi originali;
- che, al fine di fornire urgente ed adeguata assistenza tecnica alle suddette apparecchiature e strumentazioni, occorrerebbe procedere, quindi, alla sottoscrizione del corrispondente contratto con il l'azienda Comecer S.p.A., a partire già dal 01/04/2017 e fino al 31/12/2017 (termine dell'accordo in fase di rinnovo tra la Fondazione e la LATO);

Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto,

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento, ex art. 63, comma 2 lettera b.2) del D.Lgs 50/2016, del servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature marca Comecer S.p.A. Eliza (V3916-38DIM), Althea (mart.V3916-38268 + 39170), e sistema di smaltimento ISP (V3916-64A2I), ad un canone pari ad €. 23.575,00 oltre IVA 22% (€. 28.761,50 IVA inclusa), dal 01/04/2017 al 31/12/2017.
- lo schema di contratto, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la superiore proposta

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.
- lo schema di contratto allegato, costituente parte integrante del presente atto.

Si da mandato RUP, dott. Salemi, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari;

Si nomina, quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

