

## PROPOSTA

Il Responsabile dell'Area Tecnica: *Ufficio Tecnico – Servizio di Prevenzione e Protezione*

### PREMESSO :

- che l'osmosi inversa oggetto di manutenzione è l'unico impianto dissalatore della Fondazione che tratta l'acqua sanitaria destinata alla Sterilizzazione, Blocco Operatorio, Blocco Parto;
- che in data 07/09/2017 si è rotto un raccordo per acqua ad alta pressione, costringendo a sospendere l'erogazione di acqua osmotizzata;
- che il giorno stesso, è stata contattata la ditta Culligan Service Palermo affinché intervenisse in somma urgenza per il ripristino dell'impianto interessato;
- che la stessa, in fase di intervento tecnico, ha evidenziato la necessità di sostituire le membrane filtranti al fine di garantire la qualità dell'acqua in uscita dall'impianto di osmosi;

### CONSIDERATO:

- che la sostituzione delle membrane filtranti è indispensabile per il regolare funzionamento dell'unico dissalatore che serve la Sterilizzazione, il Blocco Operatorio ed il Blocco Parto del corpo E;
- che l'intervento di cui sopra riveste carattere di urgenza per i motivi sopra citati;
- che i ricambi necessari alle manutenzioni sono di esclusiva fornitura da parte di Culligan Italia SpA, sede centrale di Culligan Service Palermo;

### RITENUTO:

- che è stato necessario richiedere urgentemente preventivo di spesa per la sostituzione delle membrane e la sostituzione del raccordo per acqua ad alta pressione alla ditta produttrice Culligan Service Palermo;
- che, pertanto, possa essere affidato in somma urgenza l'intervento di cui sopra;

tutto quanto premesso, considerato, ritenuto

### SI PROPONE DI APPROVARE

- l'affidamento diretto, con provvedimento in somma urgenza, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera C del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Culligan Service Palermo p.iva 05480700821 del contratto relativo la sostituzione del raccordo e delle membrane filtranti dell'osmosi inversa della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù per un importo complessivo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) escluso Iva (preventivo di spesa del 11/09/2017 in allegato);
- pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.

## Il Direttore Generale

VISTA la superiore proposta

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario

### APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.
- di nominare quale RUP della procedura ing. Giuseppe Franco.

Si da mandato al RUP, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi;

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Sanitario  
Prof. Lorenzo Lupo

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio





FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823  
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollustra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica prot.n. 2017/760 del 2.10.2017

**Oggetto: Affidamento in somma urgenza, per la sostituzione di un raccordo per acqua ad alta pressione e delle membrane filtranti dell'osmosi inversa, presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.**

**SETTORE PROPONENTE:**

Area Tecnica

Istruttore del Procedimento  
Gabriele Mazzola



Resp. Area Tecnica  
Ing. Giuseppe Franco



**COPIA PER:**

- SETTORE PERSONALE (U.P.);
- SETTORE CONTABILITÀ - BILANCIO - E PATRIMONIO (C.B);
- AFFARI GENERALI E LEGALI (A.G.);

VISTA LA PROPOSTA

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio  
conferma

la disponibilità nel bilancio per l'anno 2017  
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per i  
successivi anni, nei bilanci di competenza.

Il Responsabile del S.A.C.B.

  
Carmela Durante

In data 02.10.2017 nei locali della  
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Prof. Vittorio Virgilio

Con la presenza del

**Direttore Sanitario**  
Prof. Lorenzo Lupo

ha autorizzato il seguente provvedimento