



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823  
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollustra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. 2017/812 del 8.11.2017 *Dr. Stategia*

Oggetto: *Procedura per l'approvvigionamento di n. 1 Ecocardiografo, ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità del comma 6 del predetto articolo.*

- *Proposta di annullamento procedura e definizione del fabbisogno tecnologico della Fondazione*

**SETTORE PROPONENTE:**

*Ingegneria Clinica  
Il Responsabile  
Ing. Giuseppe Fatuzzo*

*Programma di spesa: 4*

*Impegno di spesa: \_\_\_\_\_*

*Istruttore del Procedimento e RUP*

*Ing. Giuseppe Fatuzzo*

**COPIA PER:**

SETTORE PERSONALE (U.P.);  
SETTORE CONTABILITÀ - BILANCIO - E  
PATRIMONIO (C.B);  
AFFARI GENERALI E LEGALI (A.G.);  
SERVIZIO INGEGNERIA CINICA (I.C.)

VISTA LA PROPOSTA

*Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio  
conferma*

*la disponibilità nel bilancio per l'anno \_\_\_\_\_  
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per i  
successivi anni, nei bilanci di competenza.*

*ANNULLA L'IMPEGNO?  
Il Responsabile del S.A.C.B.*

In data 08.11.2017 nei locali della  
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Vittorio Virgilio**

**ha autorizzato il seguente provvedimento**

## PROPOSTA

Il Responsabile dell'Ingegneria Clinica – Ing. Giuseppe Fatuzzo

### PREMESSO:

- che con provvedimento Prot.2017/804 del 02/11/2017 è stata autorizzata una procedura per la fornitura di n. 1 Ecocardiografo per un importo complessivo stimato di € 80.000,00 + IVA (€ 97.600,00 IVA 22% inclusa);
- che in data 02/11/2017 è stata indetta sul MEPA la relativa procedura con RDO n. 1742994

### CONSIDERATO:

- che sono pervenute e/o sono state valutate dal Servizio di Ingegneria Clinica della Fondazione ulteriori richieste di apparecchiature biomedicali per un importo stimato superiore a € 300.000,00 (Colonna Laparoscopica, Endoscopi Flessibili, Centrale telemetrica, motori per ortopedia, Cardiotocografi);
- che allo stato attuale, si valuta una importante obsolescenza dell'intero parco apparecchiature biomedicali della Fondazione (stimando una obsolescenza media superiore a 10 anni) e che, al fine di mantenere tale obsolescenza al disotto dei 10 anni, si stima un investimento annuale di circa € 1.500.000,00;
- che l'obsolescenza di cui al punto precedente implica che molte di tali apparecchiature non sono (o non lo saranno nel breve periodo) più manutenzionabili (anche per la mancanza di parti di ricambio) da parte del produttore, pertanto, si rende o si renderà necessario l'immediata sostituzione al fine di garantire una opportuna continuità assistenziale legata all'utilizzo delle relative apparecchiature;
- che ad oggi il Servizio di Ingegneria Clinica non ha un Budget assegnato dalla Direzione Strategica per tali investimenti;

### RITENUTO:

- necessario valutare l'entità complessiva del fabbisogno tecnologico (Apparecchiature Biomedicali) delle varie UU.OO. della Fondazione;
- che l'investimento relativo all'ecocardiografo in oggetto debba essere valutato contestualmente all'intero fabbisogno tecnologico della Fondazione;

- tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

## SI PROPONE DI APPROVARE

- l'annullamento della procedura per la fornitura di n. 1 Ecocardiografo RDO n. n 1742994
- di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica a richiedere a tutte le UU.OO. della Fondazione il relativo fabbisogno tecnologico al fine di permettere alla Direzione Strategica della Fondazione di valutare, in un'ottica generale, le relative priorità in funzione della disponibilità economico-finanziaria.

Il Direttore Generale

VISTA la superiore proposta

### APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente;

Il Direttore Generale  
Prof. Vittorio Virgilio

