



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ



Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. 2018/221 del 21/03/2018

Oggetto: *Procedura per la riparazione di n. 2 Fibrocistoscopi flessibili Storz, ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità del comma 6 del predetto articolo.*

Riferimenti strumenti:

- 1) Fibrocistoscopio Storz , Mod.: 11272C1, matr.: 2156711 – Inv.: CEF2629
- 2) Fibrocistoscopio Storz , Mod.: 11272C1, matr.: 2217315 – Inv.: CEF2919

<p>IL SETTORE PROPONENTE SETTORE TECNICO - INGEGNERIA CLINICA</p> <p>IL RUP Ing. Giuseppe Fatuzzo</p>  <hr/>	<p>VISTO IL PROVVEDIMENTO Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio Conferma</p> <p><i>La disponibilità nel bilancio per l'anno <u>2018</u> Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per i successivi anni, nei bilanci di competenza.</i></p> <p>Il Referente</p>  <hr/>
<p>VISTO</p> <p>Il Capo Staff Carmela Durante</p>  <hr/>	<p>In data <u>21/03/2018</u> nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Prof. Vittorio Virgilio</p> <hr/>

PREMESSO:

- che con nota del 08/02/2018 il Resp. dell'U.O. di Urologia richiede l'acquisto di n. 2 cistoscopi flessibili
- che la suddetta richiesta è stata valuta dal Servizio di Ingegneria Clinica della Fondazione

CONSIDERATO CHE:

- ad oggi presso la Fondazione sono presenti n. 4 cistoscopi flessibili di cui uno funzionante e tre risultano al momento non funzionanti;
- uno dei tre strumenti (non funzionanti) è in carico alla ditta HC che sta provvedendo alla riparazione dello stesso, come da contratto;
- gli altri due strumenti (oggetto del presente provvedimento) sono in carico alla Fondazione in quanto i danni riscontrati non rientrano nelle condizioni di garanzia/assistenza tecnica, come da note della ditta CBua/Storz (fornitrice/produttrice della strumentazione), la quale propone la formula del repair-exchange con altri strumenti nuovi/rigenerati e non la riparazione;
- lo stato d'uso degli strumenti è tale per cui si consiglia la riparazione e non il fuori uso;
- la tipologia di strumentazione in oggetto e il relativo servizio di assistenza tecnica non permette di consultare contemporaneamente e contestualmente più operatori economici senza aver prima provveduto a far visionare a ciascun operatore economico la tipologia e l'entità del danno attraverso una diagnosi dello strumento presso i propri laboratori specializzati;
- l'urgenza manifestata dal richiedente non è compatibile con gli eventuali tempi necessari a consultare più ditte, come specificato al punto precedente;
- il servizio di Ingegneria Clinica ha identificato, sulla base delle proprie conoscenze di settore, la ditta Crimo Italia quale ditta idonea ad effettuare il servizio richiesto, appurando il possesso delle opportune certificazioni per le attività oggetto dell'affidamento e fornendo nel contempo uno strumento di backup nelle more della riparazione;
- a seguito di ricevimento di n. 2 cistoscopi rotti la ditta Crimo Italia s.r.l. ha effettuato la diagnosi di guasto e prodotto relativi preventivi di spesa fatti pervenire al servizio di Ingegneria Clinica della Fondazione in data 26/02/2018;
- i preventivi di cui sopra, n.2.581/00 e n. 2.582/00 del 26/02/2018, pari rispettivamente a € 2.060,00 + IVA al 22% e € 2.580,00 + IVA al 22%, risultano economicamente congrui rispetto al valore di acquisto di uno strumento nuovo, il cui costo di listino è di circa € 12.000,00 oltre IVA.

per tutto quanto sopra riportato

SI PROPONE

- di approvare i preventivi di spesa di cui sopra con aggiudicazione mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo di €. 4.640,00 oltre IVA (€. 5.660,80 IVA inclusa);
- di approvare lo schema di contratto allegato.

Il Direttore Generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA

la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.

Dà mandato al RUP designato, l'Ing. Giuseppe Fatuzzo, a provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

