



CHIARIMENTO CAPITOLATO

ART.5 CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER OGNI LOTTO

Requisiti minimi

- pubblicazioni su riviste indicizzate e di Autori indipendenti
- distribuito in Sicilia da una rete di servizi di supporto.
- disponibilità di strumentario fornito in dotazione e doppia serie di impianti in sede ospedaliera

A. Femore e tibia in lega di metallo, titanio o cromo-cobalto. Almeno 5 misure destre e sinistre anatomiche. Superficie d'appoggio dello spessore tibiale piana e lucida. Disponibilità della versione a menisco fisso.

B. Insetto tibiale in polietilene ad alta densità molecolare, almeno 4 altezze ad incrementi di 2 mm. Alta congruenza con la componente femorale. Almeno 6 misure destre e sinistre anatomiche Alta congruenza con la componente femorale.

C. Rotula in polietilene ad alta densità molecolare, almeno 3 misure, forma concentrica.

D. A Conservazione o sacrificio del legamento crociato posteriore

SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO A MENISCO MOBILE

Protesi	Fabb. Triennale
Componente femorale	90
Componente tibiale	90
Insetto	90
Rotula	30

ART 6 - CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

6.a)Punteggio di qualità massimo punti 40/100

I 40 punti disponibili per il coefficiente qualità sono così suddivisi:

	punti
Gamma e varietà di taglie disponibili	3
Composizione del materiale, forma e geometria	4
Precisione dello strumentario	3
Composizione conto deposito	3
Follow up clinico (n° anni di presenza)	9
Progetto assistenza post vendita	9
Installazione (preparazione, impianto, praticità strumentario)	9

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella La Barbera