



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI E APPARECCHIATURE PER TERAPIA INTENSIVA/COMPLESSO OPERATORIO DELLA FONDAZIONE IN 6 LOTTI. Gara n° 7252965. Verbale di valutazione tecnica n. 4.

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 10,00 presso la stanza del Presidente sita all'interno del Blocco Operatorio della Fondazione è presente, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con prot. UP2019/855U del 01/02/2019, a seguito di sorteggio avvenuto in data 28/01/2019 presso la sezione provinciale UREGA Palermo:

- Dott. Giovanni Malta, Presidente;
- Ing. Pietro Sturniolo, Componente Tecnico esperto;
- Avv. Gabriella Larganà, Componente Esperto in materie giuridiche;

La Commissione, nella seduta odierna procede con la valutazione delle caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature offerte per il lotto n. 6 relative alle ditte concorrenti Medigas Italia srl, Getinge Italia srl, Burke&Burke SpA e Ultramed srl.

Si comincia con la valutazione della ditta Medigas Italia srl.

Da una attenta valutazione delle caratteristiche si rileva che l'apparecchiatura pur soddisfacendo le caratteristiche tecniche, non soddisfa quanto richiesto relativamente alle condizioni di assistenza tecnica ed in particolare quelle di cui ai punti 6 e 7. Con riferimento al punto 6, infatti, la ditta dichiara di poter offrire solo **"1 giorno di training al personale"** a fronte dei 5 giorni minimi richiesti dal capitolato; mentre con riferimento al punto 7 la ditta non fornisce teleassistenza perché **"non prevista"**, come dichiarato dalla stessa.

Pertanto, la Commissione dispone l'esclusione della ditta Medigas Italia srl dalle successive fasi di gara.

Si prosegue con la valutazione della ditta Getinge Italia srl.

Da una attenta valutazione delle caratteristiche si rileva che l'apparecchiatura pur soddisfacendo le caratteristiche tecniche, non soddisfa quanto richiesto relativamente alle condizioni di assistenza tecnica ed in particolare quelle di cui al punto 7. Ed invero la ditta fornisce teleassistenza ma dichiara che **"il servizio di teleassistenza non è al momento conforme al GDPR UE 2016/679"**.

Pertanto, la Commissione dispone l'esclusione della ditta Getinge Italia srl dalle successive fasi di gara.

Si continua con la valutazione della ditta Burke & Burke SpA, la quale soddisfa a pieno tutte le caratteristiche minime richieste dal capitolato; pertanto viene ammessa alla valutazione qualitativa.

Infine si valuta la ditta Ultramed srl.

Da una attenta valutazione delle caratteristiche si rileva che l'apparecchiatura pur soddisfacendo le caratteristiche tecniche, non soddisfa quanto richiesto relativamente alle condizioni di assistenza tecnica ed in particolare a quelle di cui al punto 7; infatti, la ditta si limita solo a fornire **"assistenza tecnica telefonica durante il periodo di garanzia"** mentre sul prodotto offerto, come asserito dalla stessa **"non è applicabile il servizio di assistenza da remoto"**.

Pertanto, la Commissione dispone l'esclusione della ditta Ultramed srl dalle successive fasi di gara.

Alla luce delle esclusioni disposte, venendo a mancare qualunque elemento di comparazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione ritiene di attribuire all'unica ditta rimanente, ovvero Burke&Burke SpA il punteggio di 70/100 previsto dal disciplinare di gara.

Alle ore 13,00 si è conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e il Presidente demanda al RUP il presente verbale per la comunicazione alle ditte della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche.

Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

La Commissione dichiara chiusa la seduta in sessione riservata alle ore 13,15.

Il Presidente

Dott. Giovanni Malta

Componente Tecnico esperto

Ing. Pietro Sturniolo

Componente Esperto giuridico

Avv. Gabriella Larganà