


Capitolato tecnico

LOTTO 1 - Descrizione	Fabbisogno triennale	Base d'asta a litro	Base d'asta complessiva
Detergente in schiuma spray acida, pronta all'uso per la rimozione delle incrostazioni dei depositi minerali e della ruggine presente sulla superfici interne, in acciaio inossidabile, delle autoclavi e dei termodisinfettori, automatici.	15 confezioni da 1000 ml.	€ 16,50	€ 247,50

Il prodotto deve essere essere compatibile e approvato dalla ditta Getinge, fornitrice delle autoclavi e termo disinfettori automatici in dotazione a questa Centrale di Sterilizzazione e attualmente in garanzia di legge. Il prodotto consigliato dalla ditta Getinge è: Getinge Clean Chamber Foam codice 6002000802, confezioni da 500 ml.

LOTTO 2 - Descrizione	Fabbisogno triennale	Base d'asta a litro oltre IVA	Base d'asta complessiva oltre IVA
1) Soluzione acida per la rigenerazione degli strumenti chirurgici in acciaio inox. Il prodotto deve eliminare tracce proteiche, depositi di ossido di ferro e altre macchie d'ossidazione o/e incrostazione e depositi minerali. Utilizzo per immersione.	15 0 confezioni da 1000 ml.	€ 15,00	€ 2.250,00



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

LOTTO 3 - Descrizione	Fabbisogno triennale	Base d'asta a litro oltre IVA	Base d'asta complessiva oltre IVA
2) Soluzione per la rimozione, delicata, dei residui di adesivo dalle superfici dei DM. Il prodotto non deve graffiare o corrodere il DM. Il presidio non deve contenere solventi pericolosi né sprigionare fumi tossici. Soluzione totalmente anidro né derivati del petrolio pertanto nessuna prescrizione pittogrammi CLP.	30 confezioni da 1000 ml	€ 15,50	€ 465,00

Per tutti i lotti, i dispositivi che verranno forniti dovranno avere una validità residua (scadenza) non inferiore a 18 mesi.

Per la valutazione dei tre lotti, le Ditte dovranno presentare la sche da tecnica con le informazioni di seguito riportate:

Ogni dispositivo dovrà essere accompagnato dalla scheda tecnica in lingua Italiana o con traduzione allegata, in cui sia indicato l'uso previsto ed il campo di applicazione del dispositivo, nonché tutti gli elementi necessari ed indispensabili per l'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto ed in particolare:

- caratteristiche tecniche essenziali e specifiche dei prodotti offerti e la destinazione d'uso;
- presenza/assenza di lattice nel detergente;
- eventuali avvertenze per l'uso e la conservazione.

Tutti i presidi proposti devono essere integralmente privi di lattice (Latex Free).

**Il Coordinatore Infermieristico
Dott. Sergio Emmanuele
(F.to)**